

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
"РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"  
ДЕПАРТАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

# СВИДЕТЕЛЬСТВО

о регистрации № МТ 015.2009

Действительно до  
01.04.2012 г.

Настоящее свидетельство о регистрации удостоверяет, что идентифицированное надлежащим образом средство измерений:

## Измеритель сопротивления, увлажненности и степени старения электроизоляции MIC-1000, MIC-2500

выпускаемый фирмой "Sonel S.A.", Польша с официальным представителем в России - ООО "СОНЭЛ", 115583, г. Москва, Каширское шоссе, д.65

по документам фирмы "Sonel S.A.", Польша, зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений под № 34197-07 (сертификат об утверждении типа средств измерений PL.C.34.010.A № 27131), соответствует метрологическим нормам и требованиям, установленным в этих документах и может быть использован для измерения электрических величин и вычислений тока утечки через электроизоляцию, увлажненности электроизоляции и степени старения электроизоляции при проведении приемо-сдаточных, периодических, сертификационных, исследовательских и других видов испытаний электротехнических устройств, электроустановок, а также высокочастотных кабелей и телекоммуникационных установок в ОАО "РЖД".

Зарегистрирован в Реестре средств измерений, допущенных к применению в ОАО "РЖД" в разделе «Средства измерений, применяемые в хозяйстве электрификации и электроснабжения» под № МТ 015.2009

Свидетельство выдано головной структурой метрологической службы ОАО "РЖД" - Департаментом технической политики ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, 2.

Заместитель начальника  
Департамента технической политики  
ОАО "РЖД"



С.А.Левин  
31.03.2009 г.

